



Sopot, 13.05.2009 r.

W odpowiedzi na pytania jednego z oferentów dotyczące przetargu na:
TERMOCYKLER WRAZ Z SYSTEMEM DO DOKUMENTACJI ŻELI zgodnie z art.38 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych informuję:

Pytanie pierwsze brzmiące: Czy możemy zaproponować termocykler o lepszych parametrach z blokiem srebrnym pokrytym warstwą zabezpieczającą ze srebra, oraz wyższych szybkościach zmian temperatur ale oferujący zakres nastawności gradientu temperatury do 24° C i homogeniczności bloku +/- 0,4° C w całym zakresie pracy?

Odp. **Nie wyrażamy zgody** na odstępstwa od SIWZ w części dotyczącej parametrów termocyklera.


Pytanie drugie brzmiące: Czy możemy zaproponować system rejestracji i analizy obrazu z ciemnią przystosowaną do wygodniejszego wysuwania transiluminatora na półce, oraz z transiluminatorem o długości fali 302 nm i wymiarach filtra 25 x 26 cm?

Odp. **Nie wyrażamy zgody** na odstępstwa od SIWZ w części dotyczącej parametrów systemu analizy i rejestracji obrazu.

Pytanie trzecie brzmiące: Czy możemy zaproponować kamerę rejestrującą obrazy o 65 536 odcieniach szarości, wyposażoną w obiektyw zoom $f=1,2$?

Odp. **Wyrażamy zgodę** na odstępstwa od SIWZ w części dotyczącej parametrów kamery w zakresie proponowanym w powyższym pytaniu.

NACZELNY INŻYNIER


Mgr inż. Kazimierz Groza