

Sopot, 2.07.2009 r.

Odpowiedzi na pytania jednego z oferentów.


Dot. przetargu na **"Zestaw liczników cząstek aerozolu"**

W odpowiedzi na pytania zadane pocztą elektroniczną dnia 1.07.2009 wyjaśniam:

1. Na pytanie cytuję: „*Jakie jest maksymalne stężenie badanych przez Państwa cząstek ?*”
Odp.: Maksymalne obserwowane stężenie cząstek aerozolu występujących na morzu w warunkach sztormowych wynosi 10^8 cząstek/m³.
2. Na pytanie cytuję: „*Jaka jest szacunkowa szybkość cząstek ?*”
Odp.: Przyrząd będzie zainstalowany na dziobie statku naukowo-badawczego „Oceania”, co za tym idzie będzie narażony na działania środowiska morskiego. Badane cząstki aerozolu są swobodnie zawieszone w powietrzu i są unoszone z prędkością wiatru, tak więc prędkość cząstek zależy od panujących warunków atmosferycznych. Specyfika pracy na statku umożliwia pomiary maksymalnie do prędkości wiatru 50 węzłów.
3. Na pytanie cytuję: „*Proszę o określenie szacunkowych warunków ciśnienia i temperatury*”
Odp.: Ciśnienie pracy przyrządu to normalne ciśnienie atmosferyczne i będzie się wahać zgodnie z aktualnymi warunkami. Wymagany temperaturowy zakres pracy przyrządu to od -10°C do $+30^{\circ}\text{C}$.

Jednocześnie informuję, że oferta musi obejmować dwa przyrządy: licznik cząstek/spektrometr i licznik optyczny/nefelometr.

Z poważaniem

NACZELNY INŻYNIER

Mgr inż. Kazimierz Groza