

Sopot, dnia 29 marca 2010r


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora wielkości i ilości cząstek w zawiesinach wody morskiej dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/723/2010.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy złożone w dniu 26 marca 2010r. o treści:

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w przetargu urządzenia optoelektronicznego, mierzącego inną metodą niż ESZ, a spełniająca wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ i nie mającego wielu wad przyrządu typu Coulter np.: wysoka rozdzielczość pomiarowa – 12 bit, waga nieprzekraczająca 20kg.”

Zamawiający udziela odpowiedzi, iż nie wyraża zgodny na zaoferowanie w przetargu urządzenia mierzącego inną metodą niż ESZ. Urządzenia oferowane przez Wykonawców muszą spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ. Zastępowanie poszczególnych parametrów technicznych innymi niż te wymagane przez SIWZ stanowiłoby ofertę wariantową, natomiast zgodnie z punktem IV SIWZ ppkt 7: „Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.”

NACZELNY INŻYNIER


Mgr inż. Kazimierz Groza