



Sopot, dnia 21 kwietnia 2010r

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stacji meteo dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/950/2010.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy złożone w dniu 20 kwietnia 2010r. o treści:

I. „Czy Zamawiający dopuszcza, aby baterie dostarczone ze stacją były bateriami nadającymi się do ponownego naładowania, i czy owe naładowanie baterii bądź ich ewentualna wymiana mogłaby następować podczas półrocznej pracy stacji? Baterie, które można doładować są z reguły mniejsze.”

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz ze stacją baterii nadających się do ponownego naładowania.

II. „Czy stacja będzie używana przy obozie, w którym znajdować się będą ludzie, czy będzie zostawiona na polu pracy sama?”

Docelowo stacja zostanie zainstalowana z dala od infrastruktury.

III. „Jak dużo innych czujników Zamawiający przewiduje dodać do stacji w późniejszym czasie? Jakże to mogą być czujniki?”

Zamawiający przewiduje zainstalowanie przy stacji czujnika radiometru różnicowego CNR4, a także w zależności od potrzeb: detektora opadów atmosferycznych, ewaporometru, pyranometru.

IV. „Czy stacja będzie przenoszona z jednego miejsca na inne, czy zabierana co jakiś czas i potem ponownie rostawiana na miejscu pracy? Czy stacja ma być do jednorazowego użytku? Czy i gdzie docelowo ma zostać?”

Stacja docelowo zostanie zainstalowana w sposób trwały na Archipelagu Spitsbergen, natomiast konstrukcja powinna umożliwiać jej demontaż w celu przetransportowania w ewentualne inne miejsce badań.

V. „Czy Zamawiający dopuszcza, aby stacja została dostarczona do 30.06.2010? Jest to spowodowane możliwościami produkcyjnymi i terminami dostaw niektórych komponentów.”

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie stacji w innym terminie niż określony w SIWZ, tj. do 21 maja 2010r.

NACZELNY INŻYNIER

Mgr inż. Kazimierz Groza