



Sopot, dnia 31 maja 2010r

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wirówki uniwersalnej z chłodzeniem dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/1367/2010.


Zamawiający informuje, że w dniu 28 maja 2010r. o treści:

*„Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie z dolnym zakresem temperatur  $-20^{\circ}\text{C}$ , a górnym zmiennym, osiągającym maksymalnie temperaturę otoczenia? Temperatura  $+40^{\circ}\text{C}$  wymagałaby zastosowania specjalnego układu grzania w urządzeniu.”*

Zamawiający informuje, iż oferowane urządzenie musi posiadać programowany zakres temperatury zgodny z SIWZ, tj.  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$  i Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania odstępstw od tego zapisu.

Z poważaniem

NACZELNY INŻYNIER

Mgr inż.  Kazimierz Groza