



Sopot, dnia 17 czerwca 2010r

**ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI I
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echosondy wieloczęstotliwościowej do badań środowiskowych dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/1462/2010.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje iż do postępowania na w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echosondy wieloczęstotliwościowej do badań środowiskowych dla Instytutu Oceanologii PAN wpłynęły zapytania Wykonawców o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przetwornika typu „split beam” na częstotliwość 200 kHz zamiast przetwornika na częstotliwość 210 kHz? Z naszego rozeznania wynika, że do zastosowań naukowych nie ma producenta przetworników typu „split beam” na częstotliwość 210 kHz.

Zamawiający informuje, iż w przypadku fizycznego braku na rynku dostępnych przetworników na częstotliwość 210 kHz typu „split beam” stosowanych do celów naukowych Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w ofercie przetwornika typu „split beam” na częstotliwość 200 kHz.

2. Czy pod sformułowaniem „Przetworniki hydroakustyczne powinny posiadać możliwość pracy pozaburtowej” należy rozumieć, że:
 - a. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostawy wysięgnika zaburtowego, na którym zostaną zamocowane przetworniki? Wówczas niezbędne byłyby uzgodnienia konstrukcyjne dotyczące sposobu mocowania wysięgnika, wymiarów burty itp.
 - b. Lub czy Zamawiający przewiduje wykonanie takiego wysięgnika we własnym zakresie?

Zamawiający informuje, iż przewiduje wykonanie takiego wysięgnika we własnym zakresie.

3. „...Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: kable polowe o długości co najmniej 35 m...”



Czy pod sformulowaniem kable polowe należy rozumieć kable przetwornikowe, które są na trwałe połączone z przetwornikiem ultradźwiękowym?

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem kable polowe Zamawiający rozumie kable przetwornikowe łączące trwałe każdy przetwornik z urządzeniami lub urządzeniem nadawczym.

4. „urządzenia sterujące: komputer przenośny „marynizowany” oraz monitor do wyświetlania danych wraz z kablem do podłączenia do PC”

Czy pod sformulowaniem komputer przenośny marynizowany należy rozumieć:

- a) Komputer PC przystosowany do warunków morskich, (w którym jest zastosowane odpowiednie zawieszenie amortyzujące wibracje statku? (cena rynkowa jest przystępna).
b) Czy komputer przenośny typu laptop spełniający wszelkie morskie warunki klimatyczne? (wersja militarna, cena bardzo wysoka)

Prosimy o podanie wielkości ekranu monitora LCD.

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem „komputer przenośny marynizowany”; Zamawiający rozumie komputer typu notebook o podwyższonej kropłoszczelności klawiatury i złącz zewnętrznych (o parametrach komputera PANASONIC Toughbook CF-52 mk2 lub równoważnego). W przypadku dostarczenia komputera typu notebook Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowego monitora.

Jednocześnie Zamawiający informuje Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echosondy wieloczęstotliwościowej do badań środowiskowych dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczony nowy SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami uwzględniającymi powyższe modyfikacje. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ

Ze względu na fakt, iż zmiana opisu przedmiotu zamówienia wpływa na treść ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazał Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie wraz ze sprostowaniem uwzględniające powyższe zmiany.

Powyższa zmiana nie wpływa na długość terminu na składanie ofert.

Z poważaniem
Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych

mgr Danuta Szkućnik