



Sopot, dnia 12 sierpnia 2010r

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dopplerowskiego profilującego prądomierza akustycznego do montażu w kadłubie statku dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/1965/2010.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 11 sierpnia 2010r. o treści:

Jeśli z przyczyn innych niż techniczne Zamawiający uznaje za niezbędne przesyłanie informacji z żyrokompasu na 50m to czy może zaakceptować zamiast transmisji analogowej zastosowanie osobnej dedykowanej linii kablowej RS-422?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi NIE, to może jednostka centralna prądomierza mogłaby zostać zainstalowana w miejscu bliższym żyrokompasowi tak aby odległość do żyrokompasu nie przekraczała 24-30 m, a jednocześnie odległość do przetwornika nie przekraczała 50m?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie osobnej dedykowanej linii kablowej RS-422 zamiast transmisji analogowej.

Powyższa zmiana nie wpływa na treść przesłanego do BZP ogłoszenia o zamówieniu a także nie wpływa na długość terminu przewidzianego na składanie ofert.

Z poważaniem

NACZELNY INŻYNIER

Mgr inż. Kazimierz Groza