



Sopot, dnia 10 sierpnia 2010r

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dopplerowskiego profilującego prądomierza akustycznego do montażu w kadłubie statku dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/1965/2010.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 10 sierpnia 2010r. o treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w 2 osobno rozliczanych etapach – 1.dostawa sprzętu do 31 października i 2. instalacja i szkolenie do 10 grudnia?

Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w 2 osobno rozliczanych etapach i w tym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ. Nowy termin realizacji zamówienia wygląda następująco:

Etap I- do 31 października 2010r. - zapłata za wykonaną dostawę nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury VAT, po uprzednim dokonaniu odbioru i spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapłata za I etap realizacji zamówienia wyniesie 50% wartości całego przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż wartość dostarczonego towaru.

Etap II- do 30 listopada 2010r. - zapłata za pozostałą część wykonanego zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania końcowej faktury VAT po uprzedniej instalacji i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

2. Wg konfiguracji fabrycznej, prądomierz który chcemy zaoferować jest dostarczany albo bez kompasu i przechyłomierza, albo z oboma czujnikami, ale bez karty przetwornika analogowo/cyfrowego do transmisji pomiarów z żyrokompasu w trybie analogowym.

Zamawiający informuje, iż w Związku z faktem iż nie jest możliwe dostarczenie prądomierza wyposażonego jednocześnie w kompas, przechyłomierz i kartę przetwornika analogowo/cyfrowego, Zamawiający rezygnuje z dostarczenia urządzenia wyposażonego w kompas i przechyłomierz. Urządzenie musi natomiast być wyposażone w kartę przetwornika analogowo/cyfrowego do transmisji pomiarów z żyrokompasu w trybie analogowym. W tym zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ wykreślając punkty E i F ze szczegółowej specyfikacji technicznej zamówienia zamieszczonej w punkcie I SIWZ. Zamawiający dodaje zapis, iż urządzenie musi być wyposażone w kartę przetwornika analogowo/cyfrowego do transmisji pomiarów z żyrokompasu w trybie analogowym.



3. Czy Zamawiający dopuszczając wykorzystanie danych z zewnętrznego żyrokompasu zgadza się na pominięcie w konfiguracji przetwornika wbudowanego kompasu?

Zamawiający wyraża zgodę na użycie sygnału z zewnętrznego żyrokompasu cyfrowego oraz z zewnętrznego kompensatora przechyłów. W tym zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ dodając powyższy zapis w informacjach dodatkowych do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgadza się również na pominięcie w konfiguracji przetwornika wbudowanego kompasu (jw.)

4. Czy posiadany przez Zamawiającego żyrokompas Anschutz 22 posiada wyjście cyfrowe i transmituje pliki w formacie NMEA? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi TAK, to nie ma potrzeby przesyłania informacji w trybie analogowym, a w konsekwencji zbędny jest kabel do przesyłania sygnału z kompasu do jednostki centralnej ADCP. Czy w świetle tych informacji Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie tego kabla w specyfikacji?

Zamawiający informuje, iż posiadany przez niego żyrokompas Anschutz 22 posiada wyjście cyfrowe i transmituje pliki w formacie NMEA. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie połączenia żyrokompasu z jednostką centralną przy pomocy kabla.

5. Czy Zamawiający chce posiadać opcjonalne połączenie żyrokompasu i jednostki centralnej ADCP w trybie analogowym jako dodatkowego sposobu zabezpieczenia dopływu danych do urządzenia? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi TAK, to czy kabel do przesyłania sygnału z kompasu do jednostki centralnej ADCP może mieć długość 24m?

Zamawiający chce posiadać opcjonalne połączenie żyrokompasu i jednostki centralnej ADCP w trybie analogowym jako dodatkowego sposobu zabezpieczenia dopływu danych do urządzenia, jednakże nie wyraża zgody na zaoferowanie kabla o długości 24m. Oferowany kabel łączący żyrokompas z jednostką centralną musi mieć długość 50m.

MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania Wykonawcy dokonuje modyfikacji SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dopplerowskiego prądomierza do montażu w kadłubie statku dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostanie zamieszczony nowy SIWZ wraz z załącznikami, uwzględniający powyższe zmiany. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także



INSTYTUT OCEANOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK




podczas wypełniania załączników. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ

Powyższa zmiana wpływa na treść przesłanego do BZP ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym stosowne ogłoszenie zostało przekazane w dniu 11 sierpnia 2010. Zmianie ulega również długość terminu przewidzianego na składanie ofert. Nowy termin składania ofert Zamawiający wyznacza na **17 sierpnia 2010r godz. 10:00**, natomiast nowy termin otwarcia ofert to **17 sierpnia 2010r. godz. 10:30**. Zmianie nie ulega miejsce składania ofert, tj. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, Sekretariat pok120.

Z poważaniem

NACZELNY INŻYNIER


Mgr inż. Kazimierz Groza