



Sopot, dnia 9 sierpnia 2010r

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dopplerowskiego profilującego prądomierza akustycznego do montażu w kadłubie statku dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/1965/2010.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 4 sierpnia 2010r. o treści:

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie danych z zewnętrznego kompasu/ żyrokompasu i kompensatora przechyłów?**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykorzystanie danych z zewnętrznego kompasu/ żyrokompasu oraz z kompensatora przechyłów. Oferowany przez Wykonawców prądomierz akustyczny ADCP powinien zatem być kompatybilny oraz współpracować z już zamontowanym na statku sprzętem. W związku z tym Zamawiający informuje, iż na statku pracują żyrokompas cyfrowy ANSHÜTZ Stol22 oraz kompensator przechyłów ADU5.

- 2. Jeśli tak, to czy oferta ma uwzględniać niezbędne urządzenia?**

Nie, oferta powinna uwzględniać tylko urządzenia wymienione w SIWZ.

- 3. Jaka ma być długość kabla służącego do przesyłania sygnału z kompasu do jednostki centralnej ADCP?**

Kabel ma posiadać długość minimum 50m.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dopplerowskiego profilującego prądomierza akustycznego do montażu w kadłubie statku dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Zamawiający doprecyzowuje treść szczegółowej specyfikacji technicznej zamówienia – E: *wbudowany kompas o parametrach*

- 1. zakres 0 – 359°*
- 2. dokładność +/- 5°*



3. rozdzielczość 0.1°


dodając pkt 4: „*długość kabla kompas- jednostka centralna – minimum 50m*”

Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostanie zamieszczony nowy załącznik – formularz ofertowo-cenowy, uwzględniający powyższą zmianę. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ

Powyższa zmiana nie wpływa na treść przesłanego do BZP ogłoszenia o zamówieniu a także nie wpływa na długość terminu przewidzianego na składanie ofert.

Z poważaniem

NACZELNY INŻYNIER


Mgr inż. Kazimierz Groza