



Sopot, dnia 30 września 2013 r.

Wyjaśnienia SIWZ

dot. postępowania na dostawę zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/15/2013)

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.09.2013r.:

Załącznik nr 2.1

Pytanie nr 1

„Punkt 1, Chromatograf gazowy, dozowniki typu „split/splitless” – Czy wyrażą Państwo zgodę na ofertę na przyrząd z dozownikiem typu „split/splitless” z temperaturą pracy dozowników od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C zamiast z zakresem temperaturowym pracy dozowników od +4°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C?”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na przyrząd z dozownikiem typu „split/splitless” z temperaturą pracy dozowników od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany minimalnego wymaganego parametru z +4°C na +5°C. W związku z faktem, iż zmiana następuje na parametr mniej korzystny Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy mogą także składać ofertę na parametry bardziej korzystne od wskazanych przez Zamawiającego (np. o zakresie temperatury od +4°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C).

Pytanie nr 2

„Punkt 1, Chromatograf gazowy, piec do kolumn – Czy wyrażą Państwo zgodę na ofertę na przyrząd z piecem do kolumn z temperaturą pracy pieca od +4°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C zamiast z zakresem temperaturowym pracy pieca od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że uznaje ofertę na przyrząd z piecem do kolumn z temperaturą pracy pieca od +4°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C jako ofertę mieszczącą się w ustalonych przez Zamawiającego minimalnych wymaganych parametrach (zakres temperaturowy pracy pieca od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C) w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na parametr bardziej korzystny niż wskazany przez Zamawiającego, tj. od +4°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C.

Pytanie nr 3

„Punkt 3, Dodatkowy podajnik – Prosimy o wyjaśnienie czy faktycznie jest wymagany dodatkowy podajnik do drugiego kanału czy tylko części instalacyjne automatycznego podajnika do drugiego kanału pozwalając na dowolne przedstawienie automatycznego podajnika pomiędzy pierwszym a drugim kanałem analitycznym.”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuści złożenie oferty zawierającej zarówno dodatkowy podajnik do drugiego kanału, jak i tylko części instalacyjne automatycznego podajnika do drugiego kanału pozwalające na dowolne przedstawienie automatycznego podajnika pomiędzy pierwszym a drugim kanałem analitycznym.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SIWZ:

1) W rozdziale I pkt. 3 lit A ppkt. 2) tiret czwarty otrzymuje brzmienie:

„temperatura pracy dozowników od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C”

2) W załączniku nr 2 do SIWZ tabeli pierwszej lp. 1 Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji komórka o nazwie Dozownik typu „split/splitless” tiret 4 otrzymuje brzmienie:

„temperatura pracy dozowników od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +450°C”

3) W rozdziale I pkt. 3 lit C otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowy podajnik lub części instalacyjne automatycznego podajnika do drugiego kanału pozwalające na dowolne przedstawienie automatycznego podajnika pomiędzy pierwszym a drugim kanałem analitycznym”

4) W załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli pierwszej lp.3 Przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowy podajnik lub części instalacyjne automatycznego podajnika do drugiego kanału”


5) W załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli pierwszej lp.3 Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowy podajnik lub części instalacyjne automatycznego podajnika do drugiego kanału pozwalające na dowolne przedstawienie automatycznego podajnika pomiędzy pierwszym a drugim kanałem analitycznym”

Zamawiający zamieści na stronie internetowej Załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniający wprowadzone zmiany.

Ponadto w związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje stosowanych zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian do ofert, tj. do dnia **23.10.2013r.** godz. **9:45**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu, tj. 23.10.2013r. o godz. 10:00.

Z poważaniem

RACZKOWY

mgr inż. Ryszard Raczko