



Sopot, dnia 14 listopada 2013 r.

Wyjaśnienia SIWZ

dot. zamówienia publicznego na dostawę spektrofлуorymetru skanującego do jednoczesnych pomiarów absorpcji i fluorescencji rozpuszczonej materii organicznej w morzu dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/21/2013)

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.10.2013r.:

Pytanie nr 1

„1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia o czułości dla widma Ramana wody 20000:1 (RMS) przy wzbudzeniu 350nm i czasie integracji 30s, a nie 30ms, jak opisano w SIWZ?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że omyłkowo w rozdziale I ustępie 3 lit. A ppkt. 8) omyłkowo podał jednostkę ms zamiast s.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia o czułości dla widma Ramana wody 20000:1 (RMS) przy wzbudzeniu 350nm i czasie integracji 30s.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ww. miejscu w odpowiednim zakresie.

Pytanie nr 2

„2. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia wraz z komputerem sterującym wyposażonym w system operacyjny Windows7 32-bit, a nie 64-bit, jak opisano w SIWZ?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia wraz z komputerem sterującym wyposażonym w system operacyjny Windows-7 32 bit.

Pytanie nr 3

„3. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia wraz z komputerem sterującym wyposażonym w system operacyjny Windows7 w wersji angielskiej, a nie w wersji polskiej, jak opisano w SIWZ?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia wraz z komputerem sterującym wyposażonym w system operacyjny Windows7 w wersji angielskiej.

Pytanie nr 4

„4. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie komputera o przekątnej 23", zamiast opisanego w SIWZ monitora o przekątnej 21.5"?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostarczenie komputera z ekranem o przekątnej 23".

Pytanie nr 5

„5. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie monitora komputerowego w obudowie ciemnej, a nie jasnej stonowanej, jaka została opisana w SIWZ?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wszelkie kolory podane w Zestawieniu parametrów technicznych są jedynie kolorami preferowanymi, w związku z czym Zamawiający dopuszcza dostarczenie monitora komputera w obudowie ciemnej.

Pytanie nr 6

„6. Czy Zamawiający może podać przykładowy model komputera, który wg Zamawiającego spełniałby wymagane parametry opisane w SIWZ?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie kierował się konkretnym modelem komputera podczas przygotowywania Zestawienia parametrów technicznych. Przedstawione parametry są jedynie minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawcy mogą zaoferować inne – lepsze parametry niż przedstawione w tabeli.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1) rozdziale I ustępie 3 lit. A ppkt. 8) otrzymuje brzmienie:

„Czułość dla widma Ramana wody (wzbudzenie 350 nm.): nie mniejsza niż 20 000:1 RMS (czas integracji 30 s)”

2) W załączniku nr 2 do SIWZ tabeli pierwszej „Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji” lp. 9 otrzymuje brzmienie:

„Czułość dla widma Ramana wody (wzbudzenie 350 nm.): nie mniejsza niż 20 000:1 RMS (czas integracji 30 s)”

3) rozdziale I ustępie 4 lit. A ppkt. 12) otrzymuje brzmienie:

„System Operacyjny: Windows 7 SP1 64 lub 32-bitowy w wersji polskiej lub angielskiej”

4) W załączniku nr 2 do SIWZ tabeli drugiej „Wymagane parametry techniczne” lp. 12 otrzymuje brzmienie:

„Windows 7 SP1 64 lub 32-bitowy w wersji polskiej lub angielskiej”

5) rozdziale I ustępie 4 lit. A ppkt. 13) otrzymuje brzmienie:

„Monitor: Przekątna: 21,5 lub 23 cale, Obsługa rozdzielczości: 1920 x 1080 px, Format: 16:9, Matryca: TFT/IPS, Minimalny kontrast: 1000:1, Minimalna jasność: 250 cd/m², Minimalny czas reakcji: 8 ms, Minimalny kąt widzenia w poziomie: 178, Minimalny kąt widzenia w pionie: 178, Minimalny rozmiar plamki: 0,248 mm, Złącza: VGA(D-Sub), DVI-D, DisplayPort, 4xUSB 2.0, Kolor obudowy: stonowany, Gwarancja min. 2 lata”


6) W załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli drugiej „Wymagane parametry techniczne” lp. 13 otrzymuje brzmienie:

„Przekątna: 21,5 lub 23 cale, Obsługa rozdzielczości: 1920 x 1080 px, Format: 16:9, Matryca: TFT/IPS, Minimalny kontrast: 1000:1, Minimalna jasność: 250 cd/m², Minimalny czas reakcji: 8 ms, Minimalny kąt widzenia w poziomie: 178, Minimalny kąt widzenia w pionie: 178, Minimalny rozmiar plamki: 0,248 mm, Złącza: VGA (D-Sub), DVI-D, DisplayPort, 4x USB 2.0, Kolor obudowy: stonowany”

Zamawiający zamieści na stronie internetowej Załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniający wprowadzone zmiany.

Ponadto w związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje stosowanych zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian do ofert, tj. do dnia **21.11.2013r.** godz. **9:45**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu, tj. 21.11.2013r. o godz. 10:00.

Z poważaniem

NACZELNY REZYDENT

mgr inż. Andrzej Kozłowski